

▣ Преобразователи давления кварцевые (ПДК) внесены в Государственный реестр как Средство Измерения



**ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И  
МЕТЕОРОЛОГИИ** было выдано свидетельство за номером **RU.C.30.004.A ▣ 44903**.  
Свидетельство утверждает Преобразователь давления кварцевый (ПДК) как средство  
измерения на срок до 21 декабря 2016 г., регистрационный  
▣ **48585-11**  
, документ на поверку

**CATE 406231.006 МП.**

Данным свидетельством, так же регламентирован межповерочный интервал преобразователей.

**ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 6 месяцев для преобразователей с пределом допускаемой основной приведенной погрешности  $\pm 0,025\%$ ;**  
**1 год для преобразователей с пределом допускаемой основной приведенной погрешности  $\pm 0,04\%$ ;  $\pm 0,06\%$ ;**  
**2 года для преобразователей с пределом допускаемой основной приведенной погрешности  $\pm 0,1\%$ ;  $\pm 0,15\%$ .**